



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в городе Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 16.30.24.000.М.000126.05.23 от 23.05.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с машинами, механизмами, установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующего излучения): хранение, эксплуатация медицинских рентгеновских аппаратов для рентгенодиагностических / профилактических исследований согласно приложению

ООО АК "Медицина будущего", 423810, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, 4, подъезд 4, офис 154(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью Ассоциация клиник "Медицина будущего", 423810, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, дом 4, подъезд 4, офис 154(Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил) согласно приложению №2

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ООО "МТА-Эксперт" № 4237 от 16.03.2023 г.

Заключение действительно до 16.03.2028 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3479068





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в городе Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 16.30.24.000.М.000126.05.23 ОТ 23.05.2023 г.

Вид и характеристика ИИИ:

- I. Работы с открытыми ИИИ - не разрешается
- II. Работы с закрытыми ИИИ - не разрешается

III. Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение:


- 1. Аппарат рентгеновский для маммографии Pinkview-AT, заводской номер BMDR-300139, год выпуска - 2022, анодное напряжение -35кВ, анодный ток - 100 мА

Вид и место проведения работ:

Хранение и эксплуатация медицинского рентгеновского аппарата в маммографическом кабинете на первом этаже четырехэтажного административного здания по адресу: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д.4, пом. 1003

IV. Другие работы с ИИИ - не разрешаются.

Ограничительные условия: соблюдение требований нормативно-правовых актов на всех этапах работ с ИИИ. Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность на объекте - главный врач Морозова Н.И. (Приказ № 1 -РБ от 10.01.2023г.)



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)







**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в городе Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 16.30.24.000.М.000126.05.23 ОТ 23.05.2023 г.

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), изменения №1 от 16.09.2013г. к СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СП 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

